

2009年2月6日

化学成分分析結果

 株式会社テリーサ研究所
〒359-1167
埼玉県所沢市林2-70-22
電話：04-2938-5101
FAX：04-2938-5102

承認	検印	担当
	—	

1. 分析機器名 : ICP発光分析装置
バリアン 720-ES
2. 分析試料 : SOC 半田槽
SOC 再生
3. 分析結果

試料名 化学成分	JIS規格	SOC 半田槽	SOC 再生
Sn	残部	残部	残部
Ag	2.8~3.2%	2.93%	3.04%
Ni	<0.01%	<0.001%	0.001%
Sb	<0.1%	<0.001%	0.001%
Cu	0.3~0.7%	0.545%	0.565%
Bi	<0.1%	0.009%	0.006%
Zn	<0.001%	<0.001%	<0.001%
Fe	<0.02%	<0.001%	<0.001%
Al	<0.001%	<0.001%	<0.001%
As	<0.03%	0.004%	0.004%
Au	<0.05%	<0.001%	<0.001%
Cd	<0.002%	<0.001%	<0.001%
Pb	<0.1%	0.032%	0.038%
In	<0.1%	<0.001%	0.003%